

**Strona internetowa na której zostało
udostępnione zaproszenie do składania ofert**

Dotyczy: zaproszenie do składania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert pn. **Dostawa automatu do mierzenia temperatury, zamgławiaczy medycznych oraz laptopa z oprogramowaniem.**

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści zaproszenia do składania ofert

Zapytania do części II – zamgławiacz medyczny

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dla potwierdzenia aktywność wobec: B, V, F, S zgodnie z obowiązującą normą PN EN 17-272 dotyczącą dezynfekcji drogą powietrzną, wymaga przedstawienia badań zaoferowanego urządzenia w zestawie z dedykowanym środkiem?

Wskazana norma nakazuje traktować urządzenie i stosowane środki jako zestaw. Zastosowanie przypadkowego urządzenia z przypadkowym preparatem bez przedstawienia badań nie potwierdza spełnienia normy i nie daje gwarancji prawidłowo przeprowadzonego procesu dezynfekcji.

Bez wykazania zgodności z normą na zestaw nie jest także możliwe określenie dawki preparatu dla osiągnięcia wymaganego spektrum działania, ponieważ technika dezynfekcji i wielkość generowanej kropli jest różna w zależności od zastosowanego urządzenia co ma ogromny wpływ na skuteczność dezynfekcji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przedstawienia badań.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany dedykowany do urządzenia środek posiadał badania potwierdzające skuteczność wobec: B, V, F, S zgodnie z normą PN-EN 17-272 wraz z zaoferowanym urządzeniem w dawce max. 5ml/m³?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przedstawienia badań.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z polskim prawem aby środki dezynfekcyjne przeznaczone do zaoferowanego urządzenia posiadały pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ważne min. do 2024r. oraz potwierdzające pełne spektrum bójcze (skuteczność wobec bakterii, grzybów, wirusów, spor)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga pozwolenia.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń metodą dyfuzji wspomaganą nadmuchiemy z prędkością 80 m/s? Taka szybkość wyrzutu środka skutkuje maksymalną zdolnością do penetracji w trudno dostępne miejsca w krótkim czasie. Dodatkowo cyrkulacja obejmuje wtedy całą przestrzeń pomieszczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego urządzenia.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość podłączenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudnodostępnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga możliwości posiadania podłączenia elastycznego węża.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w dotykowy panel z diodami LED umożliwiając wygodny wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby urządzenie było wyposażone w dotykowy panel z diodami LED.

Zapytania do części II – zamglawiacz medyczny

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy 1000W? Moc nieznacznie różni się od wymaganej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o mniejszej mocy.

Zapytania – do zapisów SWZ (zaproszenia do składania oferty):

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga certyfikatu

Pytanie nr 2

Dotyczy Umowy na: „Zakup zamglawiaczy medycznych” (Cześć II zamówienia)

§2 W związku, z faktem, że przedmiotem umowy jest dostawa, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może wysłać urządzenie wraz z protokołami zdawczo-odbiorczymi na własny koszt do Kupującego na wskazany adres.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca może wysłać urządzenie wraz z protokołami zdawczo-odbiorczymi na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Kupującego.

Pytanie nr 3

§8 ust 1.1 Prosimy o zmianę wysokości kary za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego z 30% do 20% wynagrodzenia umownego brutto. Obecna wysokość kary jest rażąco wysoka i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kary ze względu na fakt, iż jest to realizacja projektu unijnego, a kara ma charakter dyscyplinujący.

Pytanie nr 4

§8 ust 1.2 Prosimy o obniżenie łącznej kary za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z 30% do 20% wynagrodzenia. Obecna wysokość kary jest rażąco wysoka i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kary ze względu na fakt, iż jest to realizacja projektu unijnego, a kara ma charakter dyscyplinujący.

Pytanie nr 5.

§9 Prosimy o usunięcie zapisu lub zwiększenie kary do poziomu jakim Kupujący zdecyduje się obciążyć Sprzedającego za odstąpienie od umowy. Umowa jest obustronna i powinna obie strony traktować na równych zasadach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na fakt, że naszym celem jest pozyskanie wyposażenia w związku z realizacją projektu unijnego. Natomiast kara dla Wykonawcy ma charakter dyscyplinujący.

Pytanie nr 6

§12 Prosimy o podanie numerów telefonów kontaktowych i adresów e-mail do osób wyznaczonych do koordynacji prac związanych z realizacją umowy ze strony Kupującego.

Odpowiedź:

Adrian Kołodziej – tel. 77 40 80 525 (e-mail: a.kolodziej@www.nysa.pl)

Danuta Naciasta – tel. 77 40 80 525 (e-mail: d.naciasta@www.nysa.pl)

Zapytania do wzoru karty gwarancyjnej:

Pytanie nr 7

Pkt.1 Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę na każdorazowe wysłanie urządzenia do naprawy/przeglądu do Wykonawcy, na koszt Wykonawcy. Konieczność zapewnienia dojazdów serwisanta do Zamawiającego w przypadku urządzeń małogabarytowych/mobilnych spowoduje zwiększenie wysokości ofert

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na każdorazowe wysłanie urządzenia do naprawy/przeglądu do Wykonawcy, na koszt Wykonawcy.

Pytanie nr 8

Pkt.3 Prosimy o zmianę zapisu na: „Kupujący jest zobowiązany do powiadomienia Sprzedającego w formie pisemnej o fakcie ujawnienia wady w terminie 5 dni od daty stwierdzenia przez kupującego wystąpienia wady”. Użytkowanie urządzenia z ujawnioną wadą może powodować pogłębienie ewentualnego uszkodzenia, które będzie w tej sytuacji winą Kupującego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu uzasadniając czas do 1-go miesiąca koniecznością sporządzenia pisma o fakcie ujawnienia wady, przestania go do Wykonawcy i zapewnienia czasu na dostarczenie pisma.

Pytanie nr 9

Pkt.4 Wnosimy o zmianę zapisu na: „Kupujący w porozumieniu ze Sprzedającym ustali na 14 dni przed planowanym przeglądem gwarancyjnym, datę przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego, jednak nie wcześniej niż po 12 miesiącach od odbioru przedmiotu umowy”.

Koordinacja planu serwisowego prac prowadzonych przez Sprzedającego na terenie Polski wymaga obustronnego ustalania terminów realizacji zadań serwisowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Pytanie nr 10

Pkt.5 Prosimy o zmianę zapisu na: „W przypadku nieprzystąpienia przez Gwaranta do czynności przeglądu w terminie ustalonym ze Sprzedającym ...”

Koordinacja planu serwisowego prac prowadzonych przez Sprzedającego na terenie Polski wymaga obustronnego ustalania terminów realizacji zadań serwisowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na: „W przypadku nieprzystąpienia przez Gwaranta do czynności przeglądu w terminie ustalonym z Kupującym...”

Pytanie nr 11

Pkt.7 Prosimy o dodanie, iż ewentualne naprawy będą zlecane osobie trzeciej posiadającej autoryzację producenta.

Serwis przedmiotu zamówienia musi być realizowany przez podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności, zgodnie z art. 90 Ustawy o wyrobach medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na to iż ewentualne naprawy mogą być zlecane osobie trzeciej posiadającej autoryzację producenta.

Pytania dotyczące parametrów technicznych

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o mocy urządzenia 1000 W.

Uzasadnienie: Wskazana wartość mocy przez Zamawiającego nieznacznie odbiega od mocy zaoferowanego urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o mniejszej mocy.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający zamiast urządzenia zgodnego z normą EN 17-272 wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia, które współpracuje ze środkami dezynfekującymi z zawartością 5% nadtlenu wodoru i 10% alkoholu etylowego o szerokim spektrum działania i certyfikowanej skuteczności bakteriobójczej, wirusobójczej, grzybobójczej, prątkobójczej oraz sporobójczej, testowanym w akredytowanych laboratoriach i zgodnych z normami EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN ISO NFT 72-190, EN 14476 (badania aktywności biobójczej, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi, opublikowanymi przez CEN/TC 216, zostały wykonane przez centrum badawcze certyfikowane jako działające zgodnie z GLP)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga urządzenia zgodnego z normą wskazaną w zaproszeniu do złożenia oferty.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści zaproszenia, stanowią integralną jego część, są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

W związku z udzielonymi, wyjaśnieniami Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30 listopada 2022 r. do godziny 14:00

Z up. BURMISTRZA

**Jacek Krzywoń
Kierownik Biura Zamówień
Publicznych**